

05	COLUNA OFTALMOLOGICA - Braço articulado elétrico para lâmpada de fenda ou outros com comando do mesmo e do assento da cadeira, localizado no braço e no painel da coluna ; Oftalmoscópio e retinoscópio elétricos ou portáteis com cabos welch allyn ref. 71670 e carregador de bateria com 03 fossos ; Braço pantográfico para refrator ; Braços com bandeja para acessórios e projetor ; Suporte para oftalmoscópio indireto ; Seletor de voltagem com intensidade de 2,5v a 6,0v para oftalmoscópio e retinoscópio, localizado na tampa traseira da coluna.	UND	Vencedora REMAC- ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA	XENONIO	5.050,00
			1ª Classificada LINHA MÉDICA LTDA	JV START	6.200,00
			2ª Classificada SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	XENONIO	9.176,00
06	OFTALMOSCÓPIO MONOCULAR DIRETO	UND	Vencedora LINHA MÉDICA LTDA	WELCH ALLYN	2.200,00
07	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO	UND	Vencedora LINHA MÉDICA LTDA	EYETEC	4.900,00
			1ª Classificada SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	EYETEC MOD. OSP 2.0	5.924,70
08	AUTO-LENSÔMETRO - Software para lentes multifocais e progressivas; Medição de distância interpupilar; Medição da porcentagem de transmissão de UV; Medição de Lentes de Contacto e Impressora embutida - Faixa de Medição - Esférico 0 a +/- 25 Dioptrias; Cilíndrico: 0 a +/- 10 Dioptrias ; Eixos do Cilindro: 0º a 180º; Adicional: 0 a 10 Dioptrias; Prisma: 0 a 10 A; Tamanho da lente a ser medida: 15 a 100 mm e Peso: 5 kg (Alimentação: AC 100 a 240 V automática).	UND	Vencedora LINHA MÉDICA LTDA	HUVIYZ	15.200,00
			09	AUTO-REFRATOR CERATÔMETRO COMPUTADORIZADO - Refração e ceratometria; Saída de vídeo e comunicação com computador; Medição da curva base da lente de contacto; Medição de diâmetros; Sistema de economia de energia e Impressora térmica embutida - Modos de medição - Modo K/R refração e ceratometria; Modo REF somente refração; Modo KER somente ceratometria; Modo CLBC curva base da lente de contacto; Distância Vertex: 0, 12,0, 13,5, 15,0; Faixa de medição esférico: -25º a + 22º em passos de 0,12 ou 0,25; Distância pupilar: 10 - 85 mm; Tamanho mínimo da pupila: 2 mm; Raio de curvatura: 5 a 10,2 mm; Faixa de valores de medição: 33,00 a 67,5 D; Eixo: 0 a 180º; Diâmetro da Córnea: 2 a 14 mm e Peso: 21 kg (Alimentação: AC 100 a 240 V automática).	UND
09		UND	1ª Classificada MC CIENTÍFICA COMERCIAL LTDA	GRAND SEIKO	35.000,00
			2ª Classificada SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	OPTO MOD. URK-700	43.305,59
			10	REFRATOR DIGITAL - Convergência automática para visão de perto; Silencioso; Impressora termica integrada ao painel de comando; Painel de controle com membrana de toque; Rapidez nas refrações; Conecta-se diretamente aos outros equipamentos da Huvitz, (auto refratores, auto lensômetro e auto progetor), formando um sistema integrado de refração e Pin Hole - Especificações técnicas - Esférico: -29 a + 26,75 D; Cilíndrico: 0 a +/- 8 D; Eixo: 0º a 180º; PD: 48 a 80 mm e Cilindro cruzado: +/- 0,25, +/- 0,5 (Prismas rotativos: 0 a 20 A).	UND

11	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO - Com as seguintes especificações mínimas: Óptica - Correção: Apocromática com correção de aberração e residual; Objetiva: F 200 mm; Oculares: 12,5 x; Foco: motorizado; Campo de visão: Ø 10-60 mm; Distancia de trabalho: 200m; Ajuste de de dioptrias: 0+/- D; Faixa de ajuste de microfocalização: +/- 15mm; Faixa de ajuste do x-y: X = +/- 22,5mm; Y= +/- 22,5 mm; Ajuste de distancia interpupilar: 55 - 85mm; Filtros Anti UV e anti IR - Aumento: Manual: 5x, 8x, 12x, 20x, e 30x e Zoom: 4,5x - 27x - Iluminação - Tipo: Fibra óptica; Fonte de luz halogena 21 V /150watts; Campo de iluminação: Ø 60mm; Intensidade de luz: 80.000 lux com ajuste continuo - Braço - Tipo: Pantográfico; Movimento Horizontal: 1,24 m e Rotação máxima permitida 270º - Base - Rodas Retrateis Alimentação elétrica e 220 Volts (Adptador para câmera de vídeo).	UND	Vencedora SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	OPTO MOD. SM-2002-IBZ	48.018,00
			1ª Classificada MC CIENTÍFICA COMERCIAL LTDA	MCT MC-M2222MFZ	48.500,00
			2ª Classificada OPTO ELETRÔNICA LTDA	OPTO ELETRÔNICA S.A - MOD SM 2002	62.000,00
12	PAQUIMETRO CORNEANO - Sonda 50 Mhz; Impressora Matricial Embutida; Média de 1.000 medições por leitura; Medição Automática sem pedal e Faixa de Medição 0,025 a 2,00 mm (Peso 5 kg).	UND	Vencedora SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	ACCUTOME MOD. ACCUPACH V - PROC. EUA	21.016,00
13	LASER VERDE - Especificações Técnicas - Tecnologia: Diodo verde excitado com Yag dobrado; Comprimento de onda: 532 Nm; Potência de Saída: 1,5 ou 2 W; Tamanho do Spot do Laser: ajustável de 50 a 1.000 micras; Duração do pulso: ajustável de 0,05 até 2 segundos; Intervalo de repetição: ajustável de 0,05 a 1 segundo; Tamanho: 37 x 33 x 13 cm; Peso: 7 kg e Tensão de Alimentação: AC 100 a 230 V automático - Características da Mira - Laser diodo vermelho ajustável < 5 mW; Comprimento de onda: 635 Nm] e Refrigeração: silenciosa através de ventilação forçada - Sistema de aplicação do Laser - Adaptador de Lâmpada de Fenda; Endolaser ou oftalmoscópio indireto - Características do Laser - Laser Seguro, com sistema exclusivo; Compacto e leve, totalmente portátil; Design moderno e arrojado; Fácil utilização e Controle remoto (Longa vida útil)	UND	Vencedora ALCON LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA	EYE LITE 532	109.000,00
			1ª Classificada MC CIENTÍFICA COMERCIAL LTDA	VISULAS 532s VISULINK SL 115	160.000,00
14	ECOBÍOMETRO - Fórmulas IOL: SRK-2, SRK/T, Binkhorst, Holladay; Impressora matricial embutida; Calibração Automática; Bateria recarregável e Precisão: +/- 0,034 mm	UND	Vencedora LINHA MÉDICA LTDA	TOMEY	22.200,00
			1ª Classificada SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	ACCUTOME MD 24400 - PROC. EUA	36.216,00

OBS: A empresa vencedora e a detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração demandante (Órgão/ente), assegurado que fica o direito de chamamento das classificadas, quanto a vencedora renunciar ao fornecimento por falta de capacidade, impossibilidade de atendimento das especificações para fim de suprir interesse publico imediato, mediante justificativa devidamente instruída ou ainda não comparecer ou não ou não atender no prazo de designado o chamamento para retirada da ordem de fornecimento.
P. P. 6287

OUTROS



**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PIAUI-COHAB-PI
CNPJ/MF 06.856.165/0001-46
CONVOCAÇÃO**

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia de Habitação do Piauí - COHAB-PI, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária na sede da Companhia, às 12:00 horas, do dia 30 de abril de 2007, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia

- AGO
1. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial - Demonstrações Contábeis, Parecer do Auditor Independente e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006;
 2. Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal;
- Teresina(PI), 20 de abril de 2007

Marcelino de Oliveira Fonteles
Diretor Presidente COHAB-PI
P. P. 6258
3-2