

	+8°C, registrador de temperatura; prateleiras horizontais; sistema defrost; porta de vidro duplo, isolado a vácuo e a anti-embassamento; unidade de refrigeração selada, livre de cfc; conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na faixa de +4,0 °c a +8,0 °c, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado; alimentação de 220 v, 60 hz; anexar a proposta, catálogo com layout e especificações técnicas do equipamento, conforme consta no registro da anvisa; a proponente deverá anexar à proposta de preço, o documento de registro do equipamento ou sua isenção, emitido pela agência nacional de vigilância sanitária; garantia mínima de 1 (um) ano para peças e serviços, após instalação do equipamento.			
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor	
	Linha Médica	Indrel	R\$ 15.460,00	
1ª Classificavel	Fanem	Fanem	R\$ 16.000,00	
2ª Classificavel	Unibral	Indrel	R\$ 20.000,00	
Item	Especificação			Unid.
05	REFRIGERADOR VERTICAL PARA BANCO DE SANGUE, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: Capacidade Mínima Para 200 Bolsas De Sangue; Faixa De Temperatura De +4° A +8°C, Registrador De Temperatura; Prateleiras Horizontais; Sistema Defrost; Porta De Vidro Duplo, Isolado A Vácuo E A Anti-Embassamento; Unidade De Refrigeração Selada, Livre De CFC; Conjunto De Segurança Analógico, Que Permite A Manutenção Da Temperatura Na Faixa De +4,0 °C A +8,0 °C, Na Eventualidade De Uma Falha No Sistema Eletrônico Microprocessado; Alimentação De 220 V, 60 Hz; Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA; A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária; Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.			
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor	
	Fanem	Fanem	R\$ 14.700,00	
1ª Classificavel	Linha Médica	Indrel	R\$ 14.730,00	
2ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Indrel	R\$ 17.800,00	
Item	Especificação			Unid.
06	FREEZER VERTICAL PARA BANCO DE SANGUE, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: Capacidade Mínima Para 350 Litros; Com Temperatura De Até -40 °C; Gabinete Externo Em Aço Tratado E Com Acabamento Em Tinta Epóxi; Porta Externa Com Fecho Magnético, Guarnição De Vedação E Chave De Segurança; Controlador Eletrônico Microprocessado; Sistema De Auto-Teste De Todas As Funções; Sistema De Refrigeração Com Controle Automático Por Termostato Eletrônico; Sistema Supressor De Surtos, Minimizando Os Efeitos Causados Por Picos De Voltagem; Alimentação De 220 V, 60 Hz; Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA; A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária; Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.			
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor	
	Linha médica	Indrel	R\$ 20.400,00	
1ª Classificavel	Distrimed com. Rep. Ltda	Indrel	R\$ 20.450,00	
2ª Classificavel	Sotelab	Revco	R\$ 29.000,00	
Item	Especificação			Unid.
07	CENTRÍFUGA IMUNOHEMATOLÓGICA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Rotor Para 12 Tubos De 12 X 75 Mm., Removível Para Incubação Ou Lavagem;Teclas Específicas Para: Tempo, Velocidade, Freio E Repetição De Rotina;Permita Duas Velocidades: 2.400 Rpm E 3.400 Rpm; Tacômetro Eletrônico;Sistema De Proteção Contra Desequilíbrio Das Cargas E Contra Funcionamento Com A Tampa Aberta, Não Permitindo Seu Uso Desligando Automaticamente;Possui As Funções Freio, Velocidade, Tempo, Alarme, Os São Visualizado Através Do Painei Digital;Alimentação De 220 V, 60 Hz; Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento			
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor	
	Fanem	Fanem	R\$ 4.140,00	
1ª Classificavel	Distrimed com. Rep. Ltda	H.T	R\$ 4.150,00	
Item	Especificação			Unid.
08	BANHO MARIA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: Capacidade Mínima Para 50 Tubos De 12 X 75 Mm; Sistema De Aquecimento, Através De Resistência Tubular Tipo Imersão; Estrutura Interna Em Aço Inoxidável; Termostato Com Ajuste De 37 E 56 °C; Alimentação De 220 V, 60 Hz; Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA; A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária; Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.			
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor	
	Fanem	Fanem	R\$ 930,00	
1ª Classificavel	Unibral	Evalab	R\$ 1.110,00	
2ª Classificavel	Distrimed com. Rep. Ltda	Novaetica	R\$ 1.480,00	
Item	Especificação			Unid.
09	CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Rotor Com Capacidade Para Carregadores Múltiplos 4 X 15 Ml. E Caçapa 1 X 50 Com Adaptadores De 4 X 5 Ml.;Motor Por Indução (Sem Escovas); Freio Automático;Velocidade De Rotação: 500 A 3.200 Rpm;Dispositivo De Segurança Para Impedir Funcionamento Com A Tampa Aberta;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.			

Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor
	Fanem	Fanem	R\$ 3.600,00
1ª Classificavel	Distrimed com. Rep. Ltda	Eppendorf	R\$ 13.700,00
Item	Especificação		Unid.
10	CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL CLASSE I, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Com Iluminação Interna Através De 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares (30 Watts) Na Cor Alvorada; Lateralmente Furos Com Plugs Para Passagem De Mangueiras;Possuir 2 (Dois) Filtros Absolutos HEPA E 2 Lâmpdas Germicidas TUV 30W;Meio Filtrante Com Papel De Fibra De Vidro;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor
	Medical	Trox	R\$ 18.590,00
1ª Classificavel	Distrimed com. Rep. Ltda	Pachane	R\$ 22.100,00
Item	Especificação		Unid.
11	BANHO SECO DIGITAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Com Sistema De Aquecimento Até 150 °C;Capacidade De 01 Bloco Intercambiável, Com Bloco Para 36 X 1,5ml;Controlador De Temperatura Com 01 (Um) Ajuste Automático E 01 (Um) Controle Proporcional;Leitura Da Temperatura Mostrada No Display Digital;Acompanha Uma Tampa Para Que, Caso Haja Necessidade, Possa-Se Fazer Trabalhos De Hibridização <i>In Situ</i> ;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do		
	Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor
	Distrimed com. Rep. Ltda	Fineper	R\$ 4.150,00
Item	Especificação		Unid.
12	BANHO SECO DIGITAL PARA MICROTUBOS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Com Sistema De Resfriamento 0 A 65 °C;Com 01 (Um) Bloco De Amostra Com Capacidade Para 36 X 1,5 Ml;Controlador De Temperatura Com 01 (Um) Ajuste Automático, 01 (Um) Controle Proporcional E 01 (Um) Limitador Do Ajuste De Temperatura;Leitura De Temperatura Mostrada No Display Digital;Acompanha Uma Tampa Para Que, Caso Haja Necessidade, Possa-Se Fazer Trabalhos De Hibridização <i>In Situ</i> ;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento		
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor
	Loccus Do Brasil Ltda	Loccus	R\$ 4.940,00
1ª Classificavel	Distri..Com.Rep. Ltda	Loccuscom	R\$ 7.500,00
Item	Especificação		Unid.
13	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA MICROPROCESSADA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Com Velocidade Variável Até 15.000 Rpm, Com Rotor Para O Mínimo De 24 Tubos De 1,5 A 2,0 Ml E Mais 3 (Três) Rotores Opcionais; Sistema De Auto Diagnóstico (Rotor Mal Posicionado Ou Solto, Defeito No Sensor De Balanceamento, Reconhecimento Automático Do Rotor, Tampa Mal Fechada, Etc);Memória Para O Mínimo De 9 Programas Criados Pelo Usuário;Painel Tipo “TOUCH” (Toque De Sensibilidade);Específica Para Ser Utilizada Em Bancada;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor
	Distrimed Com. Rep. Ltda	Eppendorf	R\$ 11.850,00
1ª Classificavel	Fanem	Fanem	R\$ 19.000,00
Item	Especificação		Unid.
14	AGITADOR DE TUBOS (VORTEX), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Capacidade De Agitação De Tubos De 5 A 50 Ml;Motor Por Indução: Possuir Movimento Rotativo Circular;“Cup Head” De Borracha, Tipo Centrico-ne Para Operar Em Tubo De Ensaio;Pode Ser Acionado De Forma Contínua Automática Ou Por Simples Pressionamento;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento; A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa	Marca	Valor
	Distrimed Com. Rep. Ltda	Biomixer	R\$ 340,00
1ª Classificavel	Fanem	Fanem	R\$ 480,00
2ª Classificavel	Unibral	Evlab	R\$ 800,00
Item	Especificação		Unid.
15	TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO PARA AMPLIFICAÇÃO DE DNA/RNA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Com Bloco De Prata Capacidade Para 96 Amostras Em Tubos De 0,2 Ml, Apresentando Como		