Uma De Suas Características A Possibilidade Futura Troca De Blocos Em Função Da Quantidade E Volume Das Amostras;Capacidade Para Microplacas;Visor Gráfico;Aquecimento E Resfriamento Por Efeito Peltier;Sistema De Proteção: Em Caso De Queda De Energia, Após A Volta Da Mesma A Máquina Inicia A Amplificação A Partir Da Primeira Temperatura Do Ciclo Em Que Estava;Amplitude De Temperatura De 4°C A 99,9°C;Alimentação De 220 V, 60 Hz; Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.			
Empresa Vencedora	Empresa Loccus Do Brasil Ltda	Marca Amplitherm	Valor R\$ 15.800,00
1ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Amplitherm	R\$ 24.500,00
Item	Especificação		Unid.
16	TRANSILUMINADOR 312nm "ONDA MÉDIA" 200 X 200 Mm, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Com Banda De Onda Média (312nm) Vai De 280 A 320 Nm, Com Pico Máximo Em 312 Nm; Protetor De Segurança Contra Raios UV; Ventilador Para Resfriamento Do Ar, Para Proteção Das Amostras Contra Uma Eventual Destruição Por Aquecimento;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Loccus Do Brasil Ltda	Marca Loccus	Valor R\$ 5.150,00
1ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Loccus	R\$ 7.900,00
Item	Especificação		Unid.
17	MINI CUBA ELETROFORESE HORIZONTAL COM RESFRIAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Tamanho Aproximado De 12,8 X 15 Cm; Especialmente Projetada Tanto Para Estudos Analíticos Quanto Para A Preparação De Ácido Nucléicos, Análise De DNA, Análise De PCR, Varredura Em Massa De PCR;Eletrodos De Platina Independentes, Ou Seja, Caso Necessite De Substituição, Não Seja Necessário A Troca De Todo O Conjunto; Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Loccus Do Brasil Ltda	Marca Loccus	Valor R\$ 1.550,00
1ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Loccus	R\$ 2.300,00
Item	Especificação		Unid.
18	FONTE ELETROFORESE DIGITAL 0 A 400 VOLTS – 250 MILIAMPERES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Capacidade De Saída Para Conexão De 3 Cubas Simultâneas;Display Digital De 4 Dígitos;Voltagem De Operação De 0 A 400 Volts E Corrente Máxima De 250 Miliamperes; Resolução De 1V, 1ma;Permite Trabalhar Com Voltagem, Miliamperagem E Potência; Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Loccus Do Brasil Ltda	Marca Loccus	Valor R\$ 2.850,00
1ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Loccus	R\$ 4.350,00
Item	Especificação		Unid.
19	SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Vazão De 1,5 Litros/Min;Sistema Digital, Microprocessado Com Módulo De Pré-Tratamento;Desinfecção Automática, Através De Peróxido De Hidrogênio; Módulo De Pré-Tratamento De Água, Podendo Ser Conectado Diretamente A Rede Elétrica;Produção De Água Reagente Tipo I, II E III;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Distrimed Com. Rep. Ltda	Marca Bio-human	Valor R\$ 18.000,00
Item	Especificação		Unid.
20	MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE GELO ESCAMAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Capacidade Para Produção De 15 Kg/Hora; Estrutura Em Aço Inox.Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária; Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do equipamento.		

Empresa Vencedora	Empresa Distrimed Com. Rep. Ltda	Marca Everest	Valor R\$ 15.000,00
Item	Especificação		Unid.
21	FREEZER VERTICAL DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Com Faixa De Temperatura -10 A -86 °C;Sistema De Proteção Contra Super Tensão;Sistema De Refrigeração Tipo Cascata Com Dois Compressores Silenciosos E Hermeticamente Selados;Sistema De Refrigeração Estável Isento De Vibrações;Válvula De Expansão Para Controle Refrigerante;Acompanha No Mínimo 4 Prateleiras E 4 Racks;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Sotelab	Marca Revco	Valor R\$ 31.800,00
1ª Classificavel	Linha Médica	Indrel	R\$ 36.840,00
2ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Indrel	R\$ 44.500,00
Item	Especificação		Unid.
22	CENTRIFUGA MINISPIN, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Com Capacidade Mínima Para 6 Tubos De 1,5 A 2,0 Ml; Rotor De Ângulo Fixo Sem Travamento Ou Quebras;Sistema De Segurança Liga E Desliga, Com Operação Somente Com A Tampa Fechada;Dispositivo Interno Contra Desbalanceamento;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento		
Empresa Vencedora	Empresa Distrimed Com. Rep. Ltda	Marca HT	Valor R\$ 710,00
1ª Classificavel	Fanem	Fanem	R\$ 4.700,00
Item	Especificação		Unid.
23	CENTRIFUGA PARA MICROPLACA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Com Capacidade Mínima Para 02 Microplacas;Controlada Por Microprocessador;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Fanem	Marca Fanem	Valor R\$ 15.400,00
1ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Eppendorf	R\$ 19.650,00
2ª Classificavel	Sotelab	Heraeus	19.700,00
Item	Especificação		Unid.
24	AGITADOR DE MICROPLACAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Com Capacidade Para 04 Placas Microplacas;Velocidade Variável De 150 A 1.000 Rpm;Time Regulável De 1 Min A 23,59 Horas;Grampos Para Fixação Das Microplacas;Movimento Orbital E Amplitude De 2 Mm;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Do Equipamento, Conforme Consta No Registro Da ANVISA;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária;Garantia Mínima De 1 (Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento.		
Empresa Vencedora	Empresa Distrimed Com. Rep. Ltda	Marca Finepcr	Valor R\$ 3.000,00
Item	Especificação		Unid.
25	CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE A 4 °C – CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 BOLSAS DE SANGUE: Construída Internamente Em Aço Inoxidável E, Externamente Em Chapa De Aço;Capacidade Mínima De Estocagem De 400 Bolsas;Porta Externa De Vidro Triplo, Com Sistema Anti-Embassante, Permitindo A Perfeita Visualização Da Câmara Interna;Unidade De Refrigeração Selada, Livre De CFC;Controlador Eletrônico Microprocessado. Equipada Com Três Sensores, Sendo Um Para Leitura Digital, Outro Diretamente Do Ar E Um Terceiro, Ligado Ao Sistema De Segurança, Com Atuação Totalmente Independente;Conjunto De Segurança Analógico, Que Permite A Manutenção Da Temperatura Na Faixa De +2,0 °C A +6,0 °C, Na Eventualidade De Uma Falha No Sistema Eletrônico Microprocessado.Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A Proposta, Catálogo Com Layout E Especificações Técnicas Dos Equipamentos; Garantia Mínima De 1(Um) Ano Para Peças E Serviços, Após Instalação Do Equipamento;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento Ou Sua Isenção, Emitido Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária.		
Empresa Vencedora	Empresa Fanem	Marca Fanem	Valor R\$ 13.000,00
1ª Classificavel	Linha Médica	Indrel	15.450,00
2ª Classificavel	Distrimed Com. Rep. Ltda	Indrel	R\$ 19.500,00
Item	Especificação		Unid.
26	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TEMPERATURA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Monitoramento De Até 8 (Oito) Canais Simultâneos Com Ampla Faixa De Temperatura;Acompanha 8 (Oito) Sensores De Até 20 Metros;Gravação Automática De Temperatura Máxima E Mínima Durante O Processo;Permite Interfaceamento Com Computador; Processos Críticos (Temperatura E Umidade);Permite A Rastreabilidade Total Através De Gráficos, Listas De Documentação Impressa Para Qualquer Intervalo De Tempo;A Proponente Deverá Anexar À Proposta De Preço, O Documento De Registro Do Equipamento, Emitido Pela INMETRO;Alimentação De 220 V, 60 Hz;Anexar A		